

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 沈萍
	职称: 高级
	工作单位: 江苏油田
项目信息	项目名称: 扬州市中心血站的辐照仪高压发生器项目
	供应商名称: 南京实验通供应链管理有限公司
符合以下哪款单一来源采购法定前提条件:	
1、只能从唯一供应商处采购的	
2、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的	
3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购, 且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的	
专业人员论证意见	扬州市中心血站现使用的珠海丽珠X射线血液辐照仪高压发生器运行正常, 为不影响正常工作, 需更换该辐照仪, 需与丽珠血液辐照仪匹配, 以保证严格精准匹配, 保证提供的血液在临床治疗工作上正常开展, 保证原有采购项目一致性及服务配套要求。建议由该产品在江苏区域的授权经销商南京实验通供应链管理有限公司提供, 且本项目符合《中华人民共和国政府采购法》。 建议单一来源采购方式实施采购。
专业人员签字	沈萍 日期 2024 年 10 月 30 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李亚平	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 扬州市妇幼保健院	
项目信息	项目名称: 扬州市中心血站的辐照仪高压发生器项目	
	供应商名称: 南京实验通供应链管理有限公司	
符合以下哪款单一来源采购法定前提条件:		
1、只能从唯一供应商处采购的		
2、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的		
3、✓必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购, 且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的		
专业人员论证意见	由于扬州市中心血站的辐照仪高压发生器发生故障, 而扬州的该设备渠道提供的产品原厂配件已停产, 且该设备并非在扬州进行设备上做过匹配测试, 也未取得食药监部门颁发的注册证, 无法证明其与该设备的匹配性, 可能会造成设备安全隐患, 为了保障设备的安全运行, 建议采购该设备匹配的原厂原装高压发生器, 以达到最佳血液辐照剂量, 保证临床工作正常开展和患者的安全, 建议购买扬州的该设备高压发生器。	
专业人员签字	李亚平	日期 2024年10月30日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。